ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 ноября 2013 года № РЗН 2013/1286

На медицинское изделие
Линейки цилиндрические диагностические для оценки зрительно-двигательной реакции человека «Навигатор здоровья» по ТУ 9442-002-62710924-2012

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Автономная некоммерческая организация "Научно внедренческий центр инноваций и мониторинга здоровья "Народный СпортПарк" (АНО НВЦИМЗ "Народный СпортПарк") (АНО "НВЦИМЗ "Народный СпортПарк"), Россия, 109386, Москва, Высотный проезд, д. 2/5

Производитель
Автономная некоммерческая организация "Научно внедренческий центр инноваций и мониторинга здоровья "Народный СпортПарк" (АНО НВЦИМЗ "Народный СпортПарк") (АНО "НВЦИМЗ "Народный СпортПарк"), Россия, 109386, Москва, Высотный проезд, д. 2/5

Место производства медицинского изделия
109386, Россия, г. Москва, Высотный проезд, д. 2/5

Номер регистрационного досье **№ РД-63/4883 от 11.02.2013**

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 4280**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе
приказом Росздравнадзора от 15 ноября 2013 года № 6634-Пр/13
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **И.К. Борзик**

0004132

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 ноября 2013 года № РЗН 2013/1286

На медицинское изделие
Линейки цилиндрические диагностические для оценки зрительно-двигательной реакции человека «Навигатор здоровья» по ТУ 9442-002-62710924-2012
следующих исполнений:
- ЛЦНЗ-40-1, ЛЦНЗ-40-2, ЛЦНЗ-40-3;
- ЛЦНЗ-50-1, ЛЦНЗ-50-2, ЛЦНЗ-50-3;
- ЛЦНЗ-60-1, ЛЦНЗ-60-2, ЛЦНЗ-60-3.

Диаметр линейки - 25 мм.
Длина линейки:
- исполнение ЛЦНЗ-40- 410 мм;
- исполнение ЛЦНЗ-50-510 мм;
- исполнение ЛЦНЗ-60 - 610 мм.

Масса линейки:
- исполнение ЛЦНЗ-40 - 7 4 г,
- исполнение ЛЦНЗ-50- 90 г;
- исполнение ЛЦНЗ-60 - 106 г.

Количество шкал - 2.
Количество заглушек - 2.
Масса утяжеляющего элемента - 3,5 г.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **И.К. Борзик**

0003644