ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

На медицинское изделие
Кровать медицинская функциональная электрическая «МЕДИЦИНОФФ» по ТУ 32.50.30-004-62781864-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИЦИНОФФ" (ООО "МЕДИЦИНОФФ"), Россия, 117105, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, Варшавское ш., д. 37А, помещ. 8

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИЦИНОФФ" (ООО "МЕДИЦИНОФФ"), Россия, 117105, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, Варшавское ш., д. 37А, помещ. 8

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье **№ РД-69849/16102 от 03.06.2025**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.30.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 100 листах

приказом Росздравнадзора от 13 октября 2025 года № 5432
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0085009

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

На медицинское изделие
Кровать медицинская функциональная электрическая «МЕДИЦИНОФФ»
по ТУ 32.50.30-004-62781864-2019, варианты исполнения:
1. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 201A
Состав:
1.1. Каркас кровати - 1 шт.;
1.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;
1.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
1.4. Электрический привод, тип DC - 2 шт.;
1.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
1.6. Колесо - 4 шт.;
1.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
1.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
1.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
1.10. Полка в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
1.11. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
1.12. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
1.13. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
1.14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
1.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
1.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170601

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

1.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
1.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
1.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
1.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
1.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 201A-A
Состав:
2.1. Каркас кровати - 1 шт.;
2.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;
2.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
2.4. Электрический привод, тип DC - 2 шт.;
2.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170602

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

2.6. Колесо - 4 шт.;
2.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
2.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
2.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
2.10. Полка в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
2.11. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
2.12. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
2.13. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
2.14. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
2.15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
2.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
2.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
2.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
2.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
2.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
2.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170603

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 12 - 1 шт.;
2.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 201B
Состав:
3.1. Каркас кровати - 1 шт.;
3.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;
3.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
3.4. Электрический привод, тип DC - 2 шт.;
3.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
3.6. Колесо - 4 шт.;
3.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
3.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
3.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
3.10. Полка в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
3.11. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
3.12. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
3.13. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
3.14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
3.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
3.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
3.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170604

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

3.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;

3.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

3.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

3.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 201B-A
Состав:

4.1. Каркас кровати - 1 шт.;

4.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;

4.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;

4.4. Электрический привод, тип DC - 2 шт.;

4.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

4.6. Колесо - 4 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170605

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

4.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
4.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
4.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
4.10. Полка в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
4.11. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
4.12. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
4.13. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
4.14. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
4.15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
4.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
4.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
4.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
4.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
4.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
4.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170606

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

4.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 301A
Состав:
5.1. Каркас кровати - 1 шт.;
5.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;
5.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
5.4. Электрический привод, тип DC - 3 шт.;
5.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
5.6. Колесо - 4 шт.;
5.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
5.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
5.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
5.10. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
5.11. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
5.12. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
5.13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
5.14. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
5.15. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
5.16. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
5.17. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170607

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

5.18. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
5.19. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

5.20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 301A-A
Состав:
6.1. Каркас кровати - 1 шт.;
6.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;

6.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
6.4. Электрический привод, тип DC - 3 шт.;
6.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

6.6. Колесо - 4 шт.;
6.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

6.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170608

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

6.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

6.10. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
6.11. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
6.12. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
6.13. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
6.14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
6.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
6.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
6.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
6.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;

6.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
6.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

6.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 301B
Состав:
7.1. Каркас кровати - 1 шт.;
7.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (НР-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (НР-4) - 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170609

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;

7.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
7.4. Электрический привод, тип DC - 3 шт.;
7.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

7.6. Колесо - 4 шт.;
7.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

7.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
7.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

7.10. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
7.11. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
7.12. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
7.13. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
7.14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
7.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
7.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
7.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
7.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;

7.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
7.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170610

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

7.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 301B-A
Состав:
8.1. Каркас кровати - 1 шт.;
8.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;

8.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
8.4. Электрический привод, тип DC - 3 шт.;
8.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

8.6. Колесо - 4 шт.;
8.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

8.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
8.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

8.10. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
8.11. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170611

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

8.12. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
8.13. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
8.14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
8.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
8.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
8.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
8.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
8.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
8.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
8.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 302
Состав:
9.1. Каркас кровати - 1 шт.;
9.2. Торцевая спинка Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
9.3. Боковое ограждение Вариант 6 (SP-5) - 4 шт.;
9.4. Электрический привод, тип DC - 3 шт.;
9.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170612

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- HS.19.08.06 - 1 шт.;
9.6. Колесо - 4 шт.;
9.7. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
9.8. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
9.9. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
9.10. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
9.11. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
9.12. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
9.13. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
9.14. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
9.15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
9.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
9.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
9.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
9.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
9.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
9.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170613

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

9.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 302-X

Состав:

10.1. Каркас кровати - 1 шт.;

10.2. Торцевая спинка Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;

10.3. Боковое ограждение Вариант 6 (SP-5) - 4 шт.;

10.4. Электрический привод, тип DC - 3 шт.;

10.5. Пульт управления в вариантах исполнения:

- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- HS.19.08.06 - 1 шт.;

10.6. Колесо - 4 шт.;

10.7. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

10.8. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

10.9. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):

- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

10.10. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

10.11. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

10.12. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);

10.13. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);

10.14. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);

10.15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);

10.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);

10.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);

10.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);

10.19. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

10.20. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170614

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;

10.21. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
10.22. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

10.23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
11. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 501A
Состав:
11.1. Каркас кровати - 1 шт.;
11.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;

11.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
11.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
11.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

11.6. Колесо - 4 шт.;
11.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170615

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

11.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
11.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

11.10. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
11.11. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
11.12. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
11.13. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
11.14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
11.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
11.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
11.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
11.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
- Вариант 4 - не более 2 шт.;

11.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
11.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

11.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
12. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 501A-A
Состав:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170616

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

12.1. Каркас кровати - 1 шт.;
12.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;
12.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
12.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
12.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
12.6. Колесо - 4 шт.;
12.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
12.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
12.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
12.10. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
12.11. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
12.12. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
12.13. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
12.14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
12.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
12.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
12.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
12.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
- Вариант 4 - не более 2 шт.;
12.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170617

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

необходимости);
12.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

12.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 501B
Состав:
13.1. Каркас кровати - 1 шт.;
13.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;
- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;

13.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
13.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
13.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

13.6. Колесо - 4 шт.;
13.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

13.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
13.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170618

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

13.10. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
13.11. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
13.12. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
13.13. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
13.14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
13.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
13.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
13.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
13.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):

- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
- Вариант 4 - не более 2 шт.;

13.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
13.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

13.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
14. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 501B-A
Состав:
14.1. Каркас кровати - 1 шт.;
14.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:

- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170619

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Вариант 4 (MA-1B) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;

14.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
14.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
14.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

14.6. Колесо - 4 шт.;
14.7. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

14.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
14.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

14.10. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
14.11. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
14.12. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
14.13. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
14.14. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
14.15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
14.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
14.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
14.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
14.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
- Вариант 4 - не более 2 шт.;

14.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
14.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170620

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

14.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 502

Состав:

15.1. Каркас кровати - 1 шт.;

15.2. Торцевая спинка Вариант 3 (HP-4) - 2 шт.;

15.3. Боковое ограждение Вариант 2 (SP-3) - 4 шт.;

15.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;

15.5. Пульт управления в вариантах исполнения:

- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- HS.19.08.06 - 1 шт.;

15.6. Колесо - 4 шт.;

15.7. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 5 - не более 2 шт. (при необходимости);

15.8. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 5 - не более 2 шт. (при необходимости);

15.9. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):

- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

15.10. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

15.11. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170621

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 10 - 1 шт.;
15.12. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
15.13. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
15.14. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
15.15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
15.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
15.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
15.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
15.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
15.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
15.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
15.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
16. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения HLE 201
Состав:
16.1. Каркас кровати - 1 шт.;
16.2. Торцевая спинка Вариант 5 - 2 шт.;
16.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
16.4. Электрический привод, тип DC - 2 шт.;
16.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170622

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

16.6. Колесо - 4 шт.;
16.7. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
16.8. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

16.9. Полка в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;

16.10. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
16.11. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
16.12. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
16.13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
16.14. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
16.15. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
16.16. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
16.17. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;

16.18. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
16.19. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

16.20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170623

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

17. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения HLE 202
Состав:
17.1. Каркас кровати - 1 шт.;
17.2. Торцевая спинка Вариант 6 - 2 шт.;
17.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
17.4. Электрический привод, тип DC - 2 шт.;
17.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
17.6. Колесо - 4 шт.;
17.7. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
17.8. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
17.9. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
17.10. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
17.11. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
17.12. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
17.13. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
17.14. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
17.15. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
17.16. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
17.17. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
17.18. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170624

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

17.19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения HLE 301

Состав:

18.1. Каркас кровати - 1 шт.;

18.2. Торцевая спинка Вариант 7 - 2 шт.;

18.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;

18.4. Электрический привод, тип DC - 2 шт.;

18.5. Пульт управления в вариантах исполнения:

- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

18.6. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

18.7. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

18.8. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);

18.9. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);

18.10. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);

18.11. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);

18.12. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);

18.13. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);

18.14. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);

18.15. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):

- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;

18.16. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

18.17. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170625

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

18.18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

19. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения HLE 501

Состав:

19.1. Каркас кровати - 1 шт.;

19.2. Торцевая спинка Вариант 8 - 2 шт.;

19.3. Боковое ограждение Вариант 4 - 2 шт.;

19.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;

19.5. Пульт управления в вариантах исполнения:

- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- b.12151 - 1 шт.;

19.6. Колесо - 4 шт.;

19.7. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

19.8. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

19.9. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);

19.10. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);

19.11. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);

19.12. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 3 - 1 шт. (при необходимости);

19.13. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170626

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

19.14. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

19.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
20. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения HLE 502
Состав:
20.1. Каркас кровати - 1 шт.;
20.2. Торцевая спинка Вариант 9 - 2 шт.;
20.3. Боковое ограждение Вариант 5 - 2 шт.;
20.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
20.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- b.12151 - 1 шт.;

20.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
- JCHN35E - 1 шт.;

20.7. Колесо - 4 шт.;
20.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
20.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

20.10. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170627

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

20.11. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
20.12. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
20.13. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
20.14. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
20.15. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
20.16. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
20.17. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
20.18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
21. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения HLE 503
Состав:
21.1. Каркас кровати - 1 шт.;
21.2. Торцевая спинка Вариант 10 - 2 шт.;
21.3. Боковое ограждение Вариант 8 - 4 шт.;
21.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
21.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170628

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- JCH35A6 - 1 шт.;
- JCH35A9 - 1 шт.;
21.6. Колесо - 4 шт.;
21.7. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
21.8. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
21.9. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 6 (ММ003) - 1 шт. (при необходимости);
21.10. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 9 - не более 2 шт. (при необходимости);
21.11. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
21.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
22. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения HLE 504
Состав:
22.1. Каркас кровати - 1 шт.;
22.2. Торцевая спинка Вариант 10 - 2 шт.;
22.3. Боковое ограждение Вариант 7 - 2 шт.;
22.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
22.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170629

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- JCH35A9 - 1 шт.;

22.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
- JCHN35E - 1 шт.;
- JCHN35H - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;

22.7. Колесо - 4 шт.;
22.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
22.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

22.10. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;

22.11. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 6 (MM003) - 1 шт. (при необходимости);
22.12. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 9 - не более 2 шт. (при необходимости);
22.13. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

22.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170630

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

23. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения HLE 505
Состав:
23.1. Каркас кровати - 1 шт.;
23.2. Торцевая спинка Вариант 10 - 2 шт.;
23.3. Боковое ограждение Вариант 8 - 4 шт.;
23.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
23.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- JCH35A9 - 1 шт.;
23.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
- JCHN35E - 1 шт.;
- JCHN35H - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
23.7. Колесо - 4 шт.;
23.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
23.9. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
23.10. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
23.11. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
23.12. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
23.13. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 6 (MM003) - 1 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170631

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

23.14. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 9 - не более 2 шт. (при необходимости);
23.15. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

23.16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения HLE 506
Состав:
24.1. Каркас кровати - 1 шт.;
24.2. Торцевая спинка Вариант 11 - 2 шт.;
24.3. Боковое ограждение Вариант 8 - 4 шт.;
24.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
24.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- JCH35A9 - 1 шт.;

24.6. Колесо - 4 шт.;
24.7. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
24.8. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170632

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

24.9. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;

24.10. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 9 - не более 2 шт. (при необходимости);
24.11. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

24.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
25. Кровать функциональная электрическая с туалетным устройством «Медицинофф», вариант исполнения NLE 201
Состав:
25.1. Каркас кровати - 1 шт.;
25.2. Торцевая спинка Вариант 12 - 2 шт.;
25.3. Боковое ограждение Вариант 19 - 2 шт.;
25.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
25.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- JCH35A9 - 1 шт.;
- JS35SL - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170633

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

25.6. Колесо - 4 шт.;
25.7. Санитарная емкость - 1 шт. (при необходимости);
25.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
25.9. Матрац Тип 12 - 1 шт. (при необходимости);
25.10. Надкроватный столик в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 2 - 1 шт.;
- Вариант 3 - 1 шт.;
25.11. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 11 - 1 шт. (при необходимости);
25.12. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 8 - не более 2 шт. (при необходимости);
25.13. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
25.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
26. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения Unio
Состав:
26.1. Каркас кровати - 1 шт.;
26.2. Торцевая спинка Вариант 2 (HP-2) - 2 шт.;
26.3. Боковое ограждение Вариант 2 (SP-3) - 4 шт.;
26.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
26.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- HS.19.08.06 - 1 шт.;
- HS.19.11.01 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170634

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

26.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
- HS.17.19.02 - 1 шт.;

26.7. Колесо - 4 шт.;
26.8. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 5 - не более 2 шт. (при необходимости);
26.9. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 5 - не более 2 шт. (при необходимости);
26.10. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

26.11. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
26.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
26.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

26.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;

26.15. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
26.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
26.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
26.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
26.19. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 3 - 1 шт. (при необходимости);
26.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
26.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170635

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

26.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

27. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения Unio HPL

Состав:

27.1. Каркас кровати - 1 шт.;

27.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 2 (HP-2) - 2 шт.;
- Вариант 28 - 2 шт.;

27.3. Боковое ограждение Вариант 24 - 4 шт.;

27.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;

27.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

27.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;

27.7. Колесо - 4 шт.;

27.8. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

27.9. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

27.10. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

27.11. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

27.12. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;

27.13. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);

27.14. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170636

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

27.15. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
27.16. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
27.17. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 3 - 1 шт. (при необходимости);
27.18. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
27.19. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

27.20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
28. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения Unio HPL+
Состав:
28.1. Каркас кровати - 1 шт.;
28.2. Торцевая спинка Вариант 13 (HP-1) - 2 шт.;
28.3. Боковое ограждение Вариант 25 - 4 шт.;
28.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
28.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

28.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;

28.7. Колесо - 4 шт.;
28.8. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170637

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

28.9. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
28.10. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
28.11. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
28.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
28.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
28.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
28.15. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
28.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
28.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
28.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
28.19. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 3 - 1 шт. (при необходимости);
28.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
28.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
28.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
29. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения X-Lumi
Состав:
29.1. Каркас кровати - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170638

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

29.2. Торцевая спинка Вариант 2 (HP-2) - 2 шт.;
29.3. Боковое ограждение Вариант 13 (SP-2) - 4 шт.;
29.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
29.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
29.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
29.7. Колесо - 4 шт.;
29.8. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
29.9. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
29.10. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
29.11. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
29.12. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
29.13. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
29.14. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
29.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
29.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
29.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
29.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 3 - 1 шт.;
- Вариант 5 - не более 2 шт.;
29.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
29.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170639

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

29.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

30. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения X-Lumi LED
Состав:
30.1. Каркас кровати - 1 шт.;
30.2. Торцевая спинка Вариант 2 (HP-2) - 2 шт.;
30.3. Боковое ограждение Вариант 13 (SP-2) - 4 шт.;
30.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
30.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

30.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;

30.7. Колесо - 4 шт.;
30.8. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
30.9. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
30.10. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
30.11. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
30.12. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170640

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 10 - 1 шт.;
30.13. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
30.14. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
30.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
30.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
30.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
30.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 3 - 1 шт.;
- Вариант 5 - не более 2 шт.;
30.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
30.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
30.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
31. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения X-Lumi+
Состав:
31.1. Каркас кровати - 1 шт.;
31.2. Торцевая спинка Вариант 2 (HP-2) - 2 шт.;
31.3. Боковое ограждение Вариант 13 (SP-2) - 4 шт;
31.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
31.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170641

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

31.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;

31.7. Колесо - 4 шт.;
31.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт.;
31.9. Система взвешивания в вариантах исполнения:
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

31.10. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
31.11. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
31.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
31.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

31.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;

31.15. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
31.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
31.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
31.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
31.19. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 3 - 1 шт. (при необходимости);
31.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
31.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170642

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

31.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

32. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения X-Lumi+ 1

Состав:

32.1. Каркас кровати - 1 шт.;

32.2. Торцевая спинка Вариант 2 (HP-2) - 2 шт.;

32.3. Боковое ограждение Вариант 13 (SP-2) - 4 шт.;

32.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;

32.5. Пульт управления в вариантах исполнения:

- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;

32.6. Панель управления в вариантах исполнения:

- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;

32.7. Колесо - 4 шт.;

32.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт.;

32.9. Система взвешивания в вариантах исполнения:

- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

32.10. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

32.11. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

32.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

32.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

32.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170643

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 2 - 1 шт.;
32.15. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
32.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
32.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
32.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
32.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 3 - 1 шт.;
- Вариант 5 - не более 2 шт.;
32.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
32.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
32.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
33. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения X-Lumi+ 2
Состав:
33.1. Каркас кровати - 1 шт.;
33.2. Торцевая спинка Вариант 13 (HP-1) - 2 шт.;
33.3. Боковое ограждение Вариант 25 - 4 шт.;
33.4. Электрический привод, тип DC - 6 шт.;
33.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
33.6. Панель управления в вариантах исполнения:

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170644

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
33.7. Колесо - не более 5 шт.;
33.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт.;
33.9. Система взвешивания в вариантах исполнения:
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
33.10. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
33.11. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
33.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
33.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
33.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
33.15. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
33.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
33.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
33.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
33.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 3 - 1 шт.;
- Вариант 5 - не более 2 шт.;
33.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
33.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170645

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

33.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

34. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения X-Lumi+ 3

Состав:

34.1. Каркас кровати - 1 шт.;

34.2. Торцевая спинка Вариант 2 (HP-2) - 2 шт.;

34.3. Боковое ограждение Вариант 13 (SP-2) - 4 шт.;

34.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;

34.5. Пульт управления в вариантах исполнения:

- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

34.6. Панель управления в вариантах исполнения:

- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;

34.7. Колесо - не более 5 шт.;

34.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт.;

34.9. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

34.10. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

34.11. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

34.12. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

34.13. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;

34.14. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);

34.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170646

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

34.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
34.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
34.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 3 - 1 шт.;
- Вариант 5 - не более 2 шт.;
34.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
34.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
34.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
35. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения X-Lumi HPL
Состав:
35.1. Каркас кровати - 1 шт.;
35.2. Торцевая спинка Вариант 2 (HP-2) - 2 шт.;
35.3. Боковое ограждение Вариант 13 (SP-2) - 4 шт.;
35.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
35.5. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
35.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
35.7. Колесо - 4 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170647

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

35.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
35.9. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
35.10. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
35.11. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
35.12. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
35.13. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
35.14. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
35.15. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
35.16. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
35.17. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
35.18. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 3 - 1 шт. (при необходимости);
35.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
35.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
35.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
36. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения Statere
Состав:
36.1. Каркас кровати - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170648

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

36.2. Торцевая спинка Вариант 13 (HP-1) - 2 шт.;
36.3. Боковое ограждение Вариант 12 (SP-1) - 6 шт.;
36.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
36.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
36.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
36.7. Колесо - 4 шт.;
36.8. Система взвешивания в вариантах исполнения:
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
36.9. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
36.10. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
36.11. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
36.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
36.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
36.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
36.15. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
36.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
36.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
36.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
36.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 3 - 1 шт.;
- Вариант 5 - не более 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170649

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

36.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
36.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

36.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
37. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения Statere HPL
Состав:
37.1. Каркас кровати - 1 шт.;
37.2. Торцевая спинка Вариант 13 (HP-1) - 2 шт.;
37.3. Боковое ограждение Вариант 13 (SP-2) - 4 шт.;
37.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
37.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

37.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;

37.7. Колесо - 4 шт.;
37.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
37.9. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
37.10. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
37.11. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170650

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

37.12. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

37.13. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
37.14. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
37.15. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
37.16. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
37.17. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 3 - 1 шт. (при необходимости);
37.18. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
37.19. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

37.20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
38. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения Statere Latus
Состав:
38.1. Каркас кровати - 1 шт.;
38.2. Торцевая спинка Вариант 13 (HP-1) - 2 шт.;
38.3. Боковое ограждение Вариант 12 (SP-1) - 6 шт.;
38.4. Электрический привод, тип DC - 5 шт.;
38.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

38.6. Панель управления в вариантах исполнения:

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170651

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
- JCHN35E1 - 1 шт.;

38.7. Колесо - не более 5 шт.;
38.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
38.9. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

38.10. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
38.11. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
38.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
38.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

38.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;

38.15. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
38.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
38.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
38.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
38.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 3 - 1 шт.;
- Вариант 5 - не более 2 шт.;

38.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
38.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170652

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

38.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

39. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения Statere Latus+

Состав:

39.1. Каркас кровати - 1 шт.;

39.2. Торцевая спинка Вариант 13 (HP-1) - 2 шт.;

39.3. Боковое ограждение Вариант 12 (SP-1) - 6 шт.;

39.4. Электрический привод, тип DC - 5 шт.;

39.5. Пульт управления в вариантах исполнения:

- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

39.6. Панель управления в вариантах исполнения:

- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
- JCHN35E1 - 1 шт.;

39.7. Колесо - не более 5 шт.;

39.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

39.9. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):

- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

39.10. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

39.11. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);

39.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

39.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170653

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

39.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;

39.15. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
39.16. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
39.17. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
39.18. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
39.19. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 3 - 1 шт.;
- Вариант 5 - не более 2 шт.;

39.20. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости):
39.21. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

39.22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
40. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения Statere Latus-T
Состав:
40.1. Каркас кровати - 1 шт.;
40.2. Торцевая спинка Вариант 29 - 2 шт.;
40.3. Боковое ограждение Вариант 12 (SP-1) - 6 шт.;
40.4. Электрический привод, тип DC - 5 шт.;
40.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170654

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

40.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;
- JCHN35E1 - 1 шт.;

40.7. Колесо - не более 5 шт.;
40.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
40.9. Ножная педаль управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TFS8 - не более 2 шт.;
- JCF35V - не более 2 шт.;

40.10. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
40.11. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
40.12. Панель управления в торцевой спинке для персонала Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
40.13. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
40.14. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

40.15. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;

40.16. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
40.17. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
40.18. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
40.19. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
40.20. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 3 - 1 шт.;
- Вариант 5 - не более 2 шт.;

40.21. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
40.22. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170655

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

40.23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

41. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CURA 5000

Состав:

41.1. Каркас кровати - 1 шт.;

41.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;

41.3. Боковое ограждение Вариант 9 - 4 шт.;

41.4. Электрический привод, тип DC - не более 6 шт.;

41.5. Панель управления в вариантах исполнения:

- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
- Touch screen - 1 шт.;

41.6. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 2 - не более 2 шт.;

41.7. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 2 - не более 2 шт.;

41.8. Колесо - не более 5 шт.;

41.9. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):

- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;

41.10. Панель управления на гибкой основе NCP - 1 шт. (при необходимости);

41.11. Пульт управления JCH35A9 - 1 шт. (при необходимости);

41.12. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

41.13. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):

- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
- Proma - 1 шт.;

41.14. Ножная педаль управления FCS - не более 2 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170656

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

41.15. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
41.16. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
41.17. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
41.18. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
41.19. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
41.20. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
41.21. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
41.22. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
41.23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
42. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CURA 4040
Состав:
42.1. Каркас кровати - 1 шт.;
42.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;
42.3. Боковое ограждение Вариант 9 - 4 шт.;
42.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;
42.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- НСКМ - 1 шт.;
- НВ80 - 1 шт.;
42.6. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 2 - не более 2 шт.;
42.7. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 2 - не более 2 шт.;
42.8. Колесо - не более 5 шт.;
42.9. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- NCP - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170657

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
- Touch screen - 1 шт.;

42.10. Пульт управления JCH35A9 - 1 шт. (при необходимости);
42.11. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
42.12. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
- Proma - 1 шт.;

42.13. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
42.14. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

42.15. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
42.16. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
42.17. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
42.18. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
42.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
42.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

42.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
43. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CURA 4050
Состав:
43.1. Каркас кровати - 1 шт.;
43.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;
43.3. Боковое ограждение Вариант 9 - 4 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170658

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

43.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;
43.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
43.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
- Touch screen - 1 шт.;
43.7. Колесо - не более 5 шт.;
43.8. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
43.9. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
43.10. Пульт управления JCH35A9 - 1 шт. (при необходимости);
43.11. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
43.12. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
- Proma - 1 шт.;
43.13. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
43.14. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
43.15. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
43.16. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
43.17. Столик для монитора или записей Вариант 2 (MM007) - 1 шт. (при необходимости);
43.18. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
43.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (MM0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
43.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170659

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

43.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
44. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения SCH 4050
Состав:
44.1. Каркас кровати - 1 шт.;
44.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;
44.3. Боковое ограждение Вариант 10 - 2 шт.;
44.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;
44.5. Колесо - не более 5 шт.;
44.6. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;

44.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;

44.8. Пульт управления JCH35A9 - 1 шт. (при необходимости);
44.9. Ножная педаль управления FCS - не более 2 шт. (при необходимости);
44.10. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
44.11. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
- Proma - 1 шт.;

44.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
44.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

44.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
44.15. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
44.16. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
44.17. Столик для монитора или записей Вариант 2 (MM007) - 1 шт. (при необходимости);
44.18. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
44.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (MM0017) - не более 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170660

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

(при необходимости);
44.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

44.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
45. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CURA 4060
Состав:
45.1. Каркас кровати - 1 шт.;
45.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;
45.3. Боковое ограждение Вариант 9 - 4 шт.;
45.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;
45.5. Колесо - не более 5 шт.;
45.6. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;

45.7. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
45.8. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
45.9. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;

45.10. Пульт управления JCH35A9 - 1 шт. (при необходимости);
45.11. Ножная педаль управления FCS - не более 2 шт. (при необходимости);
45.12. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
45.13. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170661

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- CZ-04 - 1 шт.;
- Proma - 1 шт.;

45.14. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
45.15. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

45.16. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
45.17. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
45.18. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
45.19. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
45.20. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
45.21. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
45.22. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

45.23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
46. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CURA 3050
Состав:
46.1. Каркас кровати - 1 шт.;
46.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;
46.3. Боковое ограждение Вариант 9 - 4 шт.;
46.4. Электрический привод, тип DC - не более 4 шт.;
46.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- НСКМ - 1 шт.;
- НВ80 - 1 шт.;

46.6. Колесо - не более 5 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170662

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

46.7. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
46.8. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
46.9. Пульт управления JCH35A9 - 1 шт. (при необходимости);
46.10. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
46.11. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
- Proma - 1 шт.;
46.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
46.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
46.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
46.15. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
46.16. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
46.17. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
46.18. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
46.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
46.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
46.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
47. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CURA 3060
Состав:

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170663

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

47.1. Каркас кровати - 1 шт.;
47.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;
47.3. Боковое ограждение Вариант 9 - 4 шт.;
47.4. Электрический привод, тип DC - не более 4 шт.;
47.5. Колесо - не более 5 шт.;
47.6. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
47.7. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
47.8. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
47.9. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
47.10. Пульт управления JCH35A9 - 1 шт. (при необходимости);
47.11. Ножная педаль управления FCS - не более 2 шт. (при необходимости);
47.12. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
47.13. Система взвешивания в вариантах исполнения (при необходимости):
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
- Proma - 1 шт.;
47.14. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
47.15. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
47.16. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
47.17. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
47.18. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
47.19. Столик для монитора или записей Вариант 2 (MM007) - 1 шт. (при необходимости);
47.20. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
47.21. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (MM0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
47.22. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170664

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

47.23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

48. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CURA 2040

Состав:

48.1. Каркас кровати - 1 шт.;

48.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;

48.3. Боковое ограждение Вариант 9 - 4 шт.;

48.4. Электрический привод, тип DC - не более 3 шт.;

48.5. Колесо - не более 5 шт.;

48.6. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;

48.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;

48.8. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);

48.9. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);

48.10. Ножная педаль управления FCS - не более 2 шт. (при необходимости);

48.11. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

48.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

48.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

48.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);

48.15. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170665

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

48.16. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
48.17. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
48.18. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
48.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
48.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

48.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
49. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CURA 2050
Состав:
49.1. Каркас кровати - 1 шт.;
49.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;
49.3. Боковое ограждение Вариант 9 - не более 4 шт.;
49.4. Электрический привод, тип DC - не более 3 шт.;
49.5. Колесо - не более 5 шт.;
49.6. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;

49.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;

49.8. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 2 - 2 шт. (при необходимости);
49.9. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 2 - 2 шт. (при необходимости);
49.10. Ножная педаль управления FCS - не более 2 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170666

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

49.11. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
49.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
49.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
49.14. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
49.15. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
49.16. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
49.17. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
49.18. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
49.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
49.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
49.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
50. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CURA 2060
Состав:
50.1. Каркас кровати - 1 шт.;
50.2. Торцевая спинка Вариант 14 - 2 шт.;
50.3. Боковое ограждение Вариант 10 - 2 шт.;
50.4. Электрический привод, тип DC - не более 3 шт.;
50.5. Колесо - 4 шт.;
50.6. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- НСКМ - 1 шт.;
- НВ80 - 1 шт.;
50.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170667

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;

50.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
50.9. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
50.10. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

50.11. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
50.12. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
50.13. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
50.14. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
50.15. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
50.16. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
50.17. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

50.18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
51. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения AVANGARD 5000
Состав:
51.1. Каркас кровати - 1 шт.;
51.2. Торцевая спинка Вариант 15 - 2 шт.;
51.3. Боковое ограждение Вариант 11 - 4 шт.;
51.4. Электрический привод, тип DC - не более 6 шт.;
51.5. Пульт управления в вариантах исполнения

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170668

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;

51.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
- Touch screen - 1 шт.;

51.7. Колесо - не более 5 шт.;
51.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
51.9. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
51.10. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

51.11. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
51.12. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
51.13. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
51.14. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
51.15. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
51.16. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

51.17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
52. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения AVANGARD 4040
Состав:
52.1. Каркас кровати - 1 шт.;
52.2. Торцевая спинка Вариант 15 - 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170669

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

52.3. Боковое ограждение Вариант 11 - 4 шт.;
52.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;
52.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
52.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- NCP - 1 шт.;
- NCSM - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
- Touch screen - 1 шт.;
52.7. Колесо - не более 5 шт.;
52.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
52.9. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
52.10. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
52.11. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
52.12. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
52.13. Столик для монитора или записей Вариант 2 (MM007) - 1 шт. (при необходимости);
52.14. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
52.15. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (MM0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
52.16. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
52.17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
53. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения AVANGARD 3050

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170670

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

Состав:
53.1. Каркас кровати - 1 шт.;
53.2. Торцевая спинка Вариант 15 - 2 шт.;
53.3. Боковое ограждение Вариант 11 - 4 шт.;
53.4. Электрический привод, тип DC - не более 4 шт.;
53.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
53.6. Колесо - не более 5 шт.;
53.7. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
53.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
53.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
53.10. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
53.11. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
53.12. Столик для монитора или записей Вариант 2 (MM007) - 1 шт. (при необходимости);
53.13. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
53.14. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (MM0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
53.15. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
53.16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
54. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения AVANGARD 2060
Состав:
54.1. Каркас кровати - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170671

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

54.2. Торцевая спинка Вариант 15 - 2 шт.;
54.3. Боковое ограждение Вариант 11 - 4 шт.;
54.4. Электрический привод, тип DC - не более 3 шт.;
54.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- НСКМ - 1 шт.;
- НВ80 - 1 шт.;
54.6. Колесо - не более 5 шт.;
54.7. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
54.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
54.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
54.10. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
54.11. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
54.12. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
54.13. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
54.14. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
54.15. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
54.16. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
54.17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
55. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения PDA 3020
Состав:
55.1. Каркас кровати - 1 шт.;
55.2. Торцевая спинка Вариант 16 - 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170672

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

55.3. Боковое ограждение Вариант 11 - 4 шт.;
55.4. Электрический привод, тип DC - не более 4 шт.;
55.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- НСКМ - 1 шт.;
- НВ80 - 1 шт.;
55.6. Колесо - не более 5 шт.;
55.7. Ножная педаль управления FCS - не более 2 шт. (при необходимости);
55.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
55.9. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
55.10. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
55.11. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
55.12. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
55.13. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
55.14. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
55.15. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
55.16. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
55.17. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
55.18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
56. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения PDA 1020
Состав:
56.1. Каркас кровати - 1 шт.;
56.2. Торцевая спинка Вариант 16 - 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170673

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

56.3. Боковое ограждение Вариант 11- 4 шт.;
56.4. Электрический привод, тип DC - не более 3 шт.;
56.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- НСКМ - 1 шт.;
- НВ80 - 1 шт.;
56.6. Колесо - не более 5 шт.;
56.7. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
56.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
56.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
56.10. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
56.11. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
56.12. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
56.13. Столик для монитора или записей Вариант 2 (ММ007) - 1 шт. (при необходимости);
56.14. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
56.15. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (ММ0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
56.16. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
56.17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
57. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения PDB 1130
Состав:
57.1. Каркас кровати - 1 шт.;
57.2. Торцевая спинка Вариант 17 - 2 шт.;
57.3. Боковое ограждение Вариант 21 - 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170674

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

57.4. Электрический привод, тип DC - не более 4 шт.;
57.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- HCKM - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
57.6. Колесо - не более 5 шт.;
57.7. Ножная педаль управления FCS - не более 2 шт. (при необходимости);
57.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
57.9. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
57.10. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
57.11. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа Тип 1 - 1 шт. (при необходимости);
57.12. Выдвижная полочка для белья - 1 шт. (при необходимости);
57.13. Держатель кислородного баллона Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
57.14. Столик для монитора или записей Вариант 2 (MM007) - 1 шт. (при необходимости);
57.15. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 12 - 1 шт. (при необходимости);
57.16. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 3 (MM0017) - не более 2 шт. (при необходимости);
57.17. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
57.18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
58. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 503
Состав:
58.1. Каркас кровати - 1 шт.;
58.2. Торцевая спинка Вариант 2 (HP-2) - 2 шт.;
58.3. Боковое ограждение Вариант 3 (SC-1) - 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170675

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

58.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
58.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- JCH35A9 - 1 шт.;
58.6. Угломер - не более 4 шт.;
58.7. Колесо - 4 шт.;
58.8. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
58.9. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
58.10. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
58.11. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
58.12. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
58.13. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
58.14. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
58.15. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 3 - 1 шт. (при необходимости);
58.16. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 2 - не более 2 шт. (при необходимости);
58.17. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170676

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

58.18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

59. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 303

Состав:

59.1. Каркас кровати - 1 шт.;

59.2. Торцевая спинка Вариант 19 - 2 шт.;

59.3. Боковое ограждение Вариант 14 - 4 шт.;

59.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;

59.5. Панель управления в вариантах исполнения:

- TNP5 - 1 шт.;
- JCHN35E1 - 1 шт.;
- JCHN35H - 1 шт.;
- TP.DD03 - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
- Touch screen - 1 шт.;

59.6. Ножная педаль управления JCF35V - не более 2 шт.;

59.7. Колесо - 4 шт.;

59.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

59.9. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):

- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- JCH35A9 - 1 шт.;

59.10. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 3 - 2 шт. (при необходимости);

59.11. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 3 - 2 шт. (при необходимости);

59.12. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

59.13. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170677

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 10 - 1 шт.;
59.14. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 8 - не более 2 шт. (при необходимости);
59.15. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
59.16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
60. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 504
Состав:
60.1. Каркас кровати - 1 шт.;
60.2. Торцевая спинка Вариант 19 - 2 шт.;
60.3. Боковое ограждение Вариант 14 - 4 шт.;
60.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
60.5. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP5 - 1 шт.;
- JCHN35E1 - 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
- TP.DD03 - 1 шт.;
60.6. Колесо - 4 шт.;
60.7. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170678

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- JCH35A9 - 1 шт.;
60.8. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 3 - 2 шт. (при необходимости);
60.9. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 3 - 2 шт. (при необходимости);
60.10. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
60.11. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
60.12. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
60.13. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
60.14. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 8 - не более 2 шт. (при необходимости);
60.15. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
60.16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
61. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 505
Состав:
61.1. Каркас кровати - 1 шт.;
61.2. Торцевая спинка Вариант 19 - 2 шт.;
61.3. Боковое ограждение Вариант 14 - 4 шт.;
61.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
61.5. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP5 - 1 шт.;
- JCHN35E - 1 шт.;
- JCHN35E1 - 1 шт.;
- JCHN35H - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170679

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- JY.HSQ01- 1 шт.;
- ACOM - 1 шт.;
- Touch screen - 1 шт.;

61.6. Колесо - 4 шт.;
61.7. Пульт управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- JCH35A9 - 1 шт.;

61.8. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 3 - 2 шт. (при необходимости);
61.9. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 3 - 2 шт. (при необходимости);
61.10. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
61.11. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

61.12. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
61.13. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
61.14. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 8 - не более 2 шт. (при необходимости);
61.15. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170680

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 12 - 1 шт.;
61.16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
62. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLE 506
Состав:
62.1. Каркас кровати - 1 шт.;
62.2. Торцевая спинка Вариант 18 - 2 шт.;
62.3. Боковое ограждение Вариант 26 - 2 шт.;
62.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
62.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;
- HB80 - 1 шт.;
- JCH35A2 - 1 шт.;
- JCH35A4 - 1 шт.;
- JCH35A6 - 1 шт.;
- JCH35A9 - 1 шт.;
- JSSA - 1 шт.;
62.6. Колесо - 4 шт.;
62.7. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
62.8. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
62.9. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
62.10. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
62.11. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 8 - не более 2 шт. (при необходимости);
62.12. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170681

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

62.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

63. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения VEGA EBT500

Состав:

63.1. Каркас кровати - 1 шт.;

63.2. Торцевая спинка Вариант 20 - 2 шт.;

63.3. Боковое ограждение в вариантах исполнения:
- Вариант 15 - 2 шт.;
- Вариант 16 - 4 шт.;

63.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;

63.5. Колесо - 4 шт.;

63.6. Пульт управления TMH16 - 1 шт. (при необходимости);

63.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TNP5 - 1 шт.;
- TNP6 - 1 шт.;

63.8. Панель управления на гибкой основе RAT505 - 1 шт. (при необходимости);

63.9. Ножная педаль управления Вариант 28 (RA9566) - 2 шт. (при необходимости);

63.10. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

63.11. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

63.12. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

63.13. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;

63.14. Выдвижная полочка для белья RAT610 - 1 шт. (при необходимости);

63.15. Столик для монитора или записей Вариант 1 (RA0112) - 1 шт. (при необходимости);

63.16. Держатель мочеприемника в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 (RA0076) - не более 2 шт.;
- Вариант 2 (RA0084) - не более 2 шт.;

63.17. Держатель кислородного баллона Вариант 2 (RA0148) - 1 шт. (при необходимости);

63.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170682

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Вариант 7 (RA0050) - 1 шт.;
- Вариант 8 (RA0053) - 1 шт.;

63.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 4 (RA0023) - не более 2 шт.;
- Вариант 5 (RA0043) - не более 2 шт.;

63.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

63.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

64. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения VEGA EBT504

Состав:

64.1. Каркас кровати - 1 шт.;

64.2. Торцевая спинка Вариант 20 - 2 шт.;

64.3. Боковое ограждение в вариантах исполнения:
- Вариант 15 - 2 шт.;
- Вариант 16 - 4 шт.;

64.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;

64.5. Колесо - 4 шт.;

64.6. Пульт управления TMH16 - 1 шт. (при необходимости);

64.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TNP5 - 1 шт.;
- TNP6 - 1 шт.;

64.8. Панель управления на гибкой основе RAT505 - 1 шт. (при необходимости);

64.9. Ножная педаль управления Вариант 28 (RA9566) - 2 шт. (при необходимости);

64.10. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

64.11. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170683

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

64.12. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

64.13. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;

64.14. Выдвижная полочка для белья RAT610 - 1 шт. (при необходимости);
64.15. Столик для монитора или записей Вариант 1 (RA0112) - 1 шт. (при необходимости);
64.16. Держатель мочеприемника в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 (RA0076) - не более 2 шт.;
- Вариант 2 (RA0084) - не более 2 шт.;

64.17. Держатель кислородного баллона Вариант 2 (RA0148) - 1 шт. (при необходимости);
64.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 7 (RA0050) - 1 шт.;
- Вариант 8 (RA0053) - 1 шт.;

64.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 4 (RA0023) - не более 2 шт.;
- Вариант 5 (RA0043) - не более 2 шт.;

64.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

64.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
65. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения VEGA EBT509

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170684

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

Состав:
65.1. Каркас кровати - 1 шт.;
65.2. Торцевая спинка Вариант 20 - 2 шт.;
65.3. Боковое ограждение в вариантах исполнения:
- Вариант 15 - 2 шт.;
- Вариант 16 - 4 шт.;
65.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;
65.5. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 4 - 2 шт.;
65.6. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 4 - 2 шт.;
65.7. Колесо - не более 5 шт.;
65.8. Пульт управления TMH16 - 1 шт. (при необходимости);
65.9. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TNP5 - 1 шт.;
- TNP6 - 1 шт.;
65.10. Панель управления на гибкой основе RAT505 - 1 шт. (при необходимости);
65.11. Ножная педаль управления Вариант 28 (RA9566) - 2 шт. (при необходимости);
65.12. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
65.13. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
65.14. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
65.15. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
65.16. Выдвижная полочка для белья RAT610 - 1 шт. (при необходимости);
65.17. Столик для монитора или записей Вариант 1 (RA0112) - 1 шт. (при необходимости);
65.18. Держатель мочеприемника в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 (RA0076) - не более 2 шт.;
- Вариант 2 (RA0084) - не более 2 шт.;
65.19. Держатель кислородного баллона Вариант 2 (RA0148) - 1 шт. (при необходимости);
65.20. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 7 (RA0050) - 1 шт.;
- Вариант 8 (RA0053) - 1 шт.;
65.21. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170685

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Вариант 4 (RA0023) - 1 шт.;
- Вариант 5 (RA0043) - 1 шт.;

65.22. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

65.23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

66. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения VEGA EBT510

Состав:

66.1. Каркас кровати - 1 шт.;

66.2. Торцевая спинка Вариант 20 - 2 шт.;

66.3. Боковое ограждение в вариантах исполнения:
- Вариант 15 - 2 шт.;
- Вариант 16 - 4 шт.;

66.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;

66.5. Колесо - не более 5 шт.;

66.6. Пульт управления TMH16 - 1 шт. (при необходимости);

66.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TNP5 - 1 шт.;
- TNP6 - 1 шт.;

66.8. Панель управления на гибкой основе RAT505 - 1 шт. (при необходимости);

66.9. Ножная педаль управления Вариант 28 (RA9566) - 2 шт. (при необходимости);

66.10. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

66.11. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

66.12. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170686

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

66.13. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;

66.14. Выдвижная полочка для белья RAT610 - 1 шт. (при необходимости);
66.15. Столик для монитора или записей Вариант 1 (RA0112) - 1 шт. (при необходимости);
66.16. Держатель мочеприемника в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 (RA0076) - не более 2 шт.;
- Вариант 2 (RA0084) - не более 2 шт.;

66.17. Держатель кислородного баллона Вариант 2 (RA0148) - 1 шт. (при необходимости);
66.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 7 (RA0050) - 1 шт.;
- Вариант 8 (RA0053) - 1 шт.;

66.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 4 (RA0023) - 1 шт.;
- Вариант 5 (RA0043) - 1 шт.;

66.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

66.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
67. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения VEGA EBT514
Состав:
67.1. Каркас кровати - 1 шт.;
67.2. Торцевая спинка Вариант 20 - 2 шт.;
67.3. Боковое ограждение в вариантах исполнения:

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170687

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Вариант 15 - 2 шт.;
- Вариант 16 - 4 шт.;

67.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;
67.5. Колесо - не более 5 шт.;
67.6. Пульт управления TMH16 - 1 шт. (при необходимости);
67.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TNP5 - 1 шт.;
- TNP6 - 1 шт.;

67.8. Панель управления на гибкой основе RAT505 - 1 шт. (при необходимости);
67.9. Ножная педаль управления Вариант 28 (RA9566) - 2 шт. (при необходимости);
67.10. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
67.11. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
67.12. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

67.13. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;

67.14. Выдвижная полочка для белья RAT610 - 1 шт. (при необходимости);
67.15. Столик для монитора или записей Вариант 1 (RA0112) - 1 шт. (при необходимости);
67.16. Держатель мочеприемника в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 (RA0076) - не более 2 шт.;
- Вариант 2 (RA0084) - не более 2 шт.;

67.17. Держатель кислородного баллона Вариант 2 (RA0148) - 1 шт. (при необходимости);
67.18. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 7 (RA0050) - 1 шт.;
- Вариант 8 (RA0053) - 1 шт.;

67.19. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 4 (RA0023) - 1 шт.;
- Вариант 5 (RA0043) - 1 шт.;

67.20. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170688

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

67.21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

68. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения VEGA EBT519

Состав:

68.1. Каркас кровати - 1 шт.;

68.2. Торцевая спинка Вариант 20 - 2 шт.;

68.3. Боковое ограждение в вариантах исполнения:

- Вариант 15 - 2 шт.;
- Вариант 16 - 4 шт.;

68.4. Электрический привод, тип DC - не более 5 шт.;

68.5. Панель управления в боковом ограждении для пациента Вариант 4 - 2 шт.;

68.6. Панель управления в боковом ограждении для персонала Вариант 4 - 2 шт.;

68.7. Колесо - не более 5 шт.;

68.8. Пульт управления TMH16 - 1 шт. (при необходимости);

68.9. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):

- TNP5 - 1 шт.;
- TNP6 - 1 шт.;

68.10. Панель управления на гибкой основе RAT505 - 1 шт. (при необходимости);

68.11. Ножная педаль управления Вариант 28 (RA9566) - 2 шт. (при необходимости);

68.12. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);

68.13. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

68.14. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

68.15. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170689

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

68.16. Выдвижная полочка для белья RAT610 - 1 шт. (при необходимости);
68.17. Столик для монитора или записей Вариант 1 (RA0112) - 1 шт. (при необходимости);
68.18. Держатель мочеприемника в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 (RA0076) - не более 2 шт.;
- Вариант 2 (RA0084) - не более 2 шт.;
68.19. Держатель кислородного баллона Вариант 2 (RA0148) - 1 шт. (при необходимости);
68.20. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 7 (RA0050) - 1 шт.;
- Вариант 8 (RA0053) - 1 шт.;
68.21. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 4 (RA0023) - 1 шт.;
- Вариант 5 (RA0043) - 1 шт.;
68.22. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
68.23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
69. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLEXO
Состав:
69.1. Каркас кровати - 1 шт.;
69.2. Торцевая спинка Вариант 20 - 2 шт.;
69.3. Боковое ограждение Вариант 17 - 4 шт.;
69.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
69.5. Колесо - 4 шт.;
69.6. Пульт управления TMH16 - 1 шт. (при необходимости);
69.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TNP5 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170690

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- TNP6 - 1 шт.;
69.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
69.9. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
69.10. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
69.11. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
69.12. Выдвижная полочка для белья RAT610 - 1 шт. (при необходимости);
69.13. Столик для монитора или записей Вариант 1 (RA0112) - 1 шт. (при необходимости);
69.14. Держатель пульта - 1 шт. (при необходимости);
69.15. Держатель мочеприемника в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 2 (RA0084) - не более 2 шт.;
- Вариант 3 (ZRA00901) - не более 2 шт.;
69.16. Держатель кислородного баллона Вариант 2 (RA0148) - 1 шт. (при необходимости);
69.17. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 7 (RA0050) - 1 шт.;
- Вариант 8 (RA0053) - 1 шт.;
69.18. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 4 (RA0023) - 1 шт.;
- Вариант 5 (RA0043) - 1 шт.;
69.19. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170691

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 12 - 1 шт.;
69.20. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
70. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения FLEXO CDR
Состав:
70.1. Каркас кровати - 1 шт.;
70.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 21 - 2 шт.;
- Вариант 24 - 2 шт.;
70.3. Боковое ограждение Вариант 17 - 4 шт.;
70.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
70.5. Колесо - 4 шт.;
70.6. Пульт управления TMH16 - 1 шт. (при необходимости);
70.7. Панель управления в вариантах исполнения (при необходимости):
- TNP5 - 1 шт.;
- TNP6 - 1 шт.;
70.8. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
70.9. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
70.10. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
70.11. Дополнительная секция матраца для удлинения ложа в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
70.12. Держатель пульта - 1 шт. (при необходимости);
70.13. Держатель мочеприемника Вариант 2 (RA0084) - не более 2 шт. (при необходимости);
70.14. Держатель кислородного баллона Вариант 2 (RA0148) - 1 шт. (при необходимости);
70.15. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 7 (RA0050) - 1 шт.;
- Вариант 8 (RA0053) - 1 шт.;
70.16. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 4 (RA0023) - 1 шт.;
- Вариант 5 (RA0043) - 1 шт.;
70.17. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170692

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

70.18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

71. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения POLARIS-1

Состав:

71.1. Каркас кровати - 1 шт.;

71.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:

- Вариант 22 (ALTH01) - 2 шт.;
- Вариант 23 (ALTH02) - 2 шт.;

71.3. Боковое ограждение Вариант 22 - 2 шт.;

71.4. Электрический привод, тип DC - 3 шт.;

71.5. Пульт управления в вариантах исполнения:

- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TH21 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;

71.6. Колесо - 4 шт.;

71.7. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

71.8. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):

- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;

71.9. Держатель мочеприемника в вариантах исполнения (при необходимости):

- Вариант 4 (ALTR94) - не более 2 шт.;
- Вариант 5 (ALTR95) - не более 2 шт.;
- Вариант 6 (ALTR96) - не более 2 шт.;

71.10. Держатель документов - 1 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170693

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

71.11. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 9 (ALTR67) - 1 шт.;
- Вариант 10 (ALTR68) - 1 шт.;

71.12. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 6 - 1 шт.;
- Вариант 7 - 1 шт.;

71.13. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

71.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

72. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения ATLANTIS-1

Состав:

72.1. Каркас кровати - 1 шт.;

72.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 22 (ALTH01) - 2 шт.;
- Вариант 23 (ALTH02) - 2 шт.;

72.3. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;

72.4. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TH21 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;

72.5. Колесо - 4 шт.;

72.6. Боковое ограждение Вариант 18 - 2 шт. (при необходимости);

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170694

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

72.7. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
72.8. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
72.9. Держатель мочеприемника в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 4 (ALTR94) - не более 2 шт.;
- Вариант 5 (ALTR95) - не более 2 шт.;
- Вариант 6 (ALTR96) - не более 2 шт.;
72.10. Держатель документов - 1 шт. (при необходимости);
72.11. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 9 (ALTR67) - 1 шт.;
- Вариант 10 (ALTR68) - 1 шт.;
72.12. Стойка-держатель для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 6 - 1 шт.;
- Вариант 7 - 1 шт.;
72.13. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;
72.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
73. Кровать медицинская функциональная «Медицинофф», вариант исполнения FLE 601A-A
Состав:
73.1. Каркас кровати - 1 шт.;
73.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170695

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Вариант 27 - 2 шт.;
73.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
73.4. Винтовой привод - 3 шт.;
73.5. Колесо - 4 шт.;
73.6. Система взвешивания в вариантах исполнения:
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
73.7. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
73.8. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
73.9. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
73.10. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
73.11. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
73.12. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
73.13. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
73.14. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
73.15. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
73.16. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
73.17. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
73.18. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170696

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

73.19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
74. Кровать медицинская функциональная «Медицинофф», вариант исполнения FLE 601B-A
Состав:
74.1. Каркас кровати - 1 шт.;
74.2. Торцевая спинка в вариантах исполнения:
- Вариант 1 (HP-3) - 2 шт.;
- Вариант 26 - 2 шт.;
- Вариант 27 - 2 шт.;
74.3. Боковое ограждение Вариант 1 (SA-1) - 2 шт.;
74.4. Винтовой привод - 3 шт.;
74.5. Колесо - 4 шт.;
74.6. Система взвешивания в вариантах исполнения:
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;
74.7. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
74.8. Надкроватный столик Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
74.9. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);
74.10. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости);
74.11. Тракционная рама - 1 шт. (при необходимости);
74.12. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);
74.13. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);
74.14. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);
74.15. Угломер - не более 4 шт. (при необходимости);
74.16. Приспособление для мобилизации пациента в вариантах исполнения (при необходимости):
- Вариант 1 - 1 шт.;
- Вариант 2 - 1 шт.;
74.17. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
74.18. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170697

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

74.19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
75. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения PANDA-E
Состав:
75.1. Каркас кровати - 1 шт.;
75.2. Торцевая спинка Вариант 25 - 2 шт.;
75.3. Боковое ограждение Вариант 23 - 2 шт.;
75.4. Электрический привод, тип DC - 4 шт.;
75.5. Пульт управления в вариантах исполнения:
- TH1 - 1 шт.;
- TH2 - 1 шт.;
- TH12 - 1 шт.;
- TMH5 - 1 шт.;

75.6. Панель управления в вариантах исполнения:
- TNP1 - 1 шт.;
- TNP5 - 1 шт.;

75.7. Колесо - 4 шт.;
75.8. Система взвешивания в вариантах исполнения:
- JCH35A22 - 1 шт.;
- CZ-04 - 1 шт.;

75.9. Держатель рентген-кассеты - 1 шт. (при необходимости);
75.10. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);
75.11. Матрац в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;

75.12. Приспособление для мобилизации пациента Вариант 1 - 1 шт. (при необходимости);
75.13. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 1 - не более 2 шт. (при необходимости);
75.14. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170698

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 3 - 1 шт.;
- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

75.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

76. Кровать функциональная электрическая «Медицинофф», вариант исполнения CALISTA

Состав:

76.1. Каркас кровати - 1 шт.;

76.2. Торцевая спинка Вариант 30 - 2 шт.;

76.3. Боковое ограждение Вариант 27 - 4 шт.;

76.4. Электрический привод, тип DC - не более 6 шт.;

76.5. Колесо - 4 шт.;

76.6. Панель управления в боковом ограждении для пациента в вариантах исполнения:
- Вариант 9 - не более 2 шт.;
- Вариант 10 - не более 2 шт.;

76.7. Панель управления в боковом ограждении для персонала в вариантах исполнения:
- Вариант 6 - не более 2 шт.;
- Вариант 7 - не более 2 шт.;
- Вариант 8 - не более 2 шт.;

76.8. Ножная педаль управления Вариант 5 - не более 2 шт.;

76.9. Аккумуляторная батарея, тип свинцово-кислотная - 1 шт. (при необходимости);

76.10. Матрац противопролежневый - 1 шт. (при необходимости);

76.11. Столик для приборов - 1 шт. (при необходимости);

76.12. Картодержатель - 1 шт. (при необходимости);

76.13. Держатель для бутылок - 1 шт. (при необходимости);

76.14. Держатель для аксессуаров - 1 шт. (при необходимости);

76.15. Стойка-держатель для внутривенных вливаний Вариант 10 - не более 2 шт. (при необходимости);

76.16. Штатив для внутривенных вливаний в вариантах исполнения (при необходимости):
- Тип 1 - 1 шт.;
- Тип 2 - 1 шт.;
- Тип 3 - 1 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170699

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 октября 2025 года № РЗН 2021/15717

- Тип 4 - 1 шт.;
- Тип 5 - 1 шт.;
- Тип 6 - 1 шт.;
- Тип 7 - 1 шт.;
- Тип 8 - 1 шт.;
- Тип 9 - 1 шт.;
- Тип 10 - 1 шт.;
- Тип 11 - 1 шт.;
- Тип 12 - 1 шт.;

76.17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Место производства:

1. ООО "МЕДИЦИНОФФ", Россия, 117405, г. Москва, Варшавское ш., д. 170Г.
2. ООО "МЕДИЦИНОФФ", Россия, 142181, Московская область, городской округ Подольск, д. Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 42, стр. 2.
3. Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd., Dongshiduan Town Xushui District, BaoDing City, 072550 Hebei, P.R. China.
4. TECNOS S.r.l., Via Delle Industrie, 34 - 45023, Costa Di Rovigo (RO), Italy.
5. Hebei Vanry Medical Devices Co., Ltd, No.357 Hualong Road, Xushui District, Baoding, Hebei Province, China.
6. GIVAS S.r.l, Viale Veneto, 2 - Frazione Villatora - 35020 Saonara (PD), Italia.
7. SCHRÖDER MEDIKAL TICARET ANONIM SIRKETI, Baspinar (Organize) O.S.B Mah. O.S.B 5 Bolge, 83548 Nolu Cad. No:6/1 Sehitkamil/Gaziantep/Turkiye.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0170700