ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 июля 2025 года № РЗН 2022/17193

На медицинское изделие
А/В сканер ультразвуковой офтальмологический MD-2300S

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"МЕДА КО., ЛТД", Китай,
MEDA CO., Ltd., F2C, Building C2, Xinmao Science Skill Park, Huayuan Industry Development Area, 300384 Tianjin, P.R. China

Производитель
"МЕДА КО., ЛТД", Китай,
MEDA CO., Ltd., F2C, Building C2, Xinmao Science Skill Park, Huayuan Industry Development Area, 300384 Tianjin, P.R. China

Место производства медицинского изделия
MEDA CO., Ltd., F2C, F3D, F4C, F5, F6C, Building C2, Xinmao Science Skill Park, Huayuan Industry Development Area, 300384 Tianjin, P.R. China

Номер регистрационного досье **№ РД-70148/18547 от 03.07.2025**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **26.60.12.132**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 14 июля 2025 года № 4386
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0085570

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 июля 2025 года № РЗН 2022/17193

Лист 1

На медицинское изделие
А/В сканер ультразвуковой офтальмологический MD-2300S, в составе:
1. Основной блок.
2. Кабель электропитания.
3. Видеокабель.
4. Адаптер питания.
5. Клавиатура.
6. Манипулятор ”мышь”.
7. Педаль.
8. А-датчик 10 МГц.
9. В-датчик 10 МГц.
10. В-датчик 20 МГц (при необходимости).
11. Держатель В-датчика с 2 винтами (при необходимости).
12. Держатель А-датчика, В-датчика с 2 винтами.
13. Тестовый объект.
14. Глазные ванночки – не более 10 шт. (при необходимости).
15. Иммерсионные ванночки – не более 3 шт. (при необходимости).
16. Упаковочный лист.
17. Руководство по эксплуатации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0163041