ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2015 года № ФСР 2008/02716

На медицинское изделие
Анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме АЭК- 01 «Квер» по ТУ 9443-002-42980704-2003

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Кверти-Мед" (ООО "НПП Кверти-Мед"), Россия, 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 50 лет СССР, д. 30

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Кверти-Мед" (ООО "НПП Кверти-Мед"), Россия, 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 50 лет СССР, д. 30

Место производства медицинского изделия
450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 50 лет СССР, д. 30

Номер регистрационного досье **№ РД-9361/52701 от 26.11.2015**

Вид медицинского изделия **272180**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 4310**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 08 декабря 2015 года № 9128
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0015775

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2015 года № ФСР 2008/02716

На медицинское изделие
Анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме АЭК- 01 «Квер» по ТУ 9443-002-42980704-2003 в следующей комплектации:
блок анализатора 1шт.;
сменные и запасные части:
-электрод K 1 шт.;
-электрод Na 1 шт.;
-электрод Cl 1 шт.;
-электрод Ca 1 шт.;
-электрод pH 1 шт.;
-электрод Li 1 шт.;
-электрод сравнения 1.0М проточный 1 шт.;
-уплотнительное кольцо поршневого насоса 1 шт.;
-трубка клапанная 1 шт.;
расходные материалы:
-калибратор 1 (K, Na, Cl, Li) 1 фл.;
-калибратор 1 (K, Na, Ca, pH, Cl) 1 фл.;
-калибратор 2 (K, Na, Cl, Li) 1 фл.;
-калибратор 2 (K, Na, Ca, pH, Cl) 1 фл.;
-раствор солевого мостика 1 фл.;
-кондиционер 1 фл.;
-очистительный раствор 1 фл.;
-комплект растворов контроля качества 1 шт..

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0015671