



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 марта 2025 года № ФСР 2008/02643

На медицинское изделие

**Тонومتر внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДп-01 "ПРА" по ТУ 9441-011-12191956-98**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
(АО "ГРПЗ"), Россия,
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32**

Производитель

**Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
(АО "ГРПЗ"), Россия,
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32**

Место производства медицинского изделия

АО "ГРПЗ", Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32

Номер регистрационного досье № РД-64721/64806 от 07.10.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 10 марта 2025 года № 1380
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0083186

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 марта 2025 года

№ ФСР 2008/02643

Лист 1

На медицинское изделие

Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 "ПРА" по ТУ 9441-011-12191956-98, варианты исполнения:

I. Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 «ПРА» по БИРМ. 941329.003, в составе:

1. Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 «ПРА» - 1 шт.:

- колпак БИРМ.713131.001 - 3 шт.
- датчик давления БИРМ.404711.005 - 1 шт.
- литиевая батарея CR 2032, 3В емкостью не менее 200 мАч - 1 шт.
- футляр БИРМ.323366.015-01 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации БИРМ.941329.003РЭ - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации БИРМ.941329.003РЭ1 - 1 шт.

4. Памятка по обращению БИРМ.941329.003Д12 - 1 шт.

5. Методика проверки БИРМ.941329.003МП - 1 шт.

6. Отвертка БИРМ.296444.001 - 1 шт.

II. Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 «ПРА» по БИРМ. 941329.003-01, в составе:

1. Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 «ПРА» - 1 шт.:

- колпак БИРМ.713131.001 - 3 шт.
- датчик давления БИРМ.404711.005 - 1 шт.
- литиевая батарея CR 2032, 3В емкостью не менее 200 мАч - 1 шт.
- футляр БИРМ.323366.015-04 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации БИРМ.941329.003РЭ - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации БИРМ.941329.003РЭ1 - 1 шт.

4. Памятка по обращению БИРМ.941329.003Д12 - 1 шт.

5. Методика проверки БИРМ.941329.003МП - 1 шт.

6. Отвертка БИРМ.296444.001 - 1 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0158656