



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 января 2014 года № ФСР 2010/07930

На медицинское изделие

**Наконечники турбинные стоматологические кнопочные «Жемчуг»
и быстросъемные переходники по ТУ 9452-006-47080851-2005**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОН-ХОЛДИНГ»
(ООО «МИКРОН-ХОЛДИНГ»), Россия,
420021, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д. 31**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОН-ХОЛДИНГ»
(ООО «МИКРОН-ХОЛДИНГ»), Россия,
420021, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д. 31**

Место производства медицинского изделия

420021, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д. 31

Номер регистрационного досье № РД-2793/39325 от 31.12.2013

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5220**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 января 2014 года № 421
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0006311

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 января 2014 года

№ ФСР 2010/07930

Лист 1

На медицинское изделие

**Наконечники турбинные стоматологические кнопочные «Жемчуг»
и быстросъемные переходники по ТУ 9452-006-47080851-2005:**

- «ЖЕМЧУГ-1»-М4 (4-х канальные);
- «ЖЕМЧУГ-1»-В2 (2-х канальные);
- «ЖЕМЧУГ-2»-А (5-ти канальные, со световодом, лампа в шланге);
- «ЖЕМЧУГ-2»-Е (5-ти канальные, со световодом, лампа в наконечнике);
- «ЖЕМЧУГ-3»-БА (4-х или 2-х канальные быстросъемные переходники);
- переходник БА-М4 (4-х канальные);
- переходник БА-В2 (2-х канальные).

З

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0004574